

Định Quán, ngày 19 tháng 09 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp máy điện cơ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm máy điện cơ thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán - KP Hiệp Quyết, TT Định Quán, Định Quán, Đồng Nai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Dược sĩ Đỗ Huy Cần – Phó khoa Dược

Điện thoại: 0988866744

Email: huycan67@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán - KP Hiệp Quyết, TT Định Quán, Định Quán, Đồng Nai.

- Nhận qua email: huycan67@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 09 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Máy điện cơ	YÊU CẦU CHUNG - Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 hoặc tương đương	1	Máy

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
		- Nguồn điện sử dụng: 100 – 240V $\pm$ 10%, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 80\%$. CẤU HÌNH CUNG CẤP - 01 Máy chính - 01 Hộp nối điện cực ≥ 04 kênh - 01 Phần mềm đo điện cơ - 01 Phần mềm đo vận tốc dẫn truyền thần kinh NCS - 01 Phần mềm đo điện thế gọi - 01 Máy tính loại để bàn - 01 Bộ nguồn - 01 Hộp kích thích - 01 Tay đỡ hộp điện cực - Các vật tư linh kiện đi kèm: + 01 dây nối đo NCS + 01 hộp điện cực dán NCS (10 cái/ hộp) + 01 Điện cực nhẵn + 01 Điện cực kích thích bề mặt + 01 Điện cực đất + 01 Cáp nối + 01 Hộp Paste + 01 Hộp gel bôi da + 01 Bộ điện cực đĩa (5 cái/ bộ) - Các linh kiện mua trong nước + 01 Dây nối đo điện cực kim + 01 Hộp điện cực kim dùng một lần loại 25 mm (25 cái/ hộp) + 01 hộp điện cực kim dùng một lần loại 50 mm (25 cái/ hộp) - Các phụ kiện mua trong nước + 01 Máy in Laser trắng đen + 01 Màn hình LCD ≥ 19 inch cho máy tính + 01 Bàn để máy vi tính + 01 UPS $\geq 1\text{KVA}$ YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG - Tính năng giúp hướng dẫn cho người sử dụng trực tiếp trên máy: cách đo, thông tin cơ bản về các phép đo, hướng dẫn đặt điện cực để đo vận tốc dẫn truyền thần kinh... Có thể mở chương trình này bất kỳ lúc nào khi đo.		

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	DVT
		- Kỹ thuật xử lý tín hiệu toán học giúp cung cấp một giải pháp tuyệt vời, bác sĩ sẽ không phải gặp rắc rối nhiều do nhiễu điện gây ra Chương trình đo điện cơ : - Chức năng cho phép bác sĩ có thể dễ dàng xem lại đến ≥ 600 giây sóng điện cơ thu thập đi kèm với âm thanh điện cơ - Lên đến ≥ 4 dạng sóng MUP cho mỗi vị trí có thể được phân tích một cách tự động trên cửa sổ manual MUP - Các mode đo: Mode chèn, Mode tự phát, MUP mode, Mode giao thoa giúp tiến hành đo điện cơ thường quy liên tục - Tự động phát hiện và phân loại MUP, phân tích tỷ lệ vòng xoắn/ biên độ thời gian thực trong mode giao thoa giúp có cái nhìn về kết quả dễ dàng hơn - Nút tóm tắt về cơ: Khi bấm nút này, các dạng sóng được lưu cùng với số đo có thể hiển thị trên cùng 1 màn hình và 1 vùng các số đo EMG giúp tóm tắt hiệu quả và nhanh chóng Chương trình đo vận tốc dẫn truyền thần kinh NCS2: - Mode cố định vết cho phép quyết định cơ động trình tự kích thích và test - Tính năng chồng sóng trên cùng 1 cửa sổ cho phép so sánh biên độ các sóng dễ dàng từ đó có thể đánh giá chất lượng kết quả kích thích trong thời gian thật - Cửa sổ theo dõi sóng theo thời gian thực giúp hiển thị dạng sóng thô và nhờ đó có thể biết có bị nhiễu xuất hiện hay không - Mode so sánh bên cho phép xem bảng so sánh hai bên phải và trái, cần thiết khi đo - Những dữ liệu có tính quy phạm trên một cửa sổ giúp check kết quả rất nhanh Sóng F - Với tính năng đo độ nhạy kép, biên độ của cả sóng F và sóng M cùng thể hiện cùng lúc - Độ trễ sóng F có thể đo dễ dàng nhờ tính năng chồng sóng Kích thích lặp lại - Lên đến 12 kết quả có thể được cài test tự động		

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	DVT
		Tất cả kết quả cần thiết: dữ liệu thô, thanh biểu đồ và bảng tóm tắt hiển thị trên cùng màn hình, BS có hình ảnh tổng thể kết quả dễ dàng và nhanh chóng Phức hợp H Với 1 biểu đồ biên độ - cường độ giúp kiểm tra kết quả dễ dàng Phức hợp Blink Tính năng tự động đặt vị trí và tách biệt các kích thích cung cấp cái nhìn dễ hơn cho kết quả đo Với tính năng tự động nhập giai đoạn, mỗi chi tiết của bảng tóm tắt có thể lấy ra dễ dàng bằng cách cài đặt đánh dấu Chương trình đo điện thế gọi thần kinh cảm giác: Mode so sánh bên cạnh cho phép bs tiến hành đo hai bên trái và phải trên hai màn hình riêng biệt, và kiểm tra sự khác biệt hay phần trăm sự khác biệt trên cùng màn hình.		

Trần trọng./.

Nơi nhận:

- Website BVĐQ;
- Cổng đầu thầu;
- Lưu: VT, TBYT.

GIÁM ĐỐC



TA QUANG TRÍ



BIỂU MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm máy điện cơ thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Máy điện cơ									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.... ngày, kể từ ngày... tháng... năm... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.